

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego niemieckiej firmy

**KARTA KATALOGOWA****1.0294 Aparat Blaine'a. Skomputeryzowany.**

Aparat Blaine'a służy do określania czystości cementu portlandzkiego.


Oferowany model jest modelem skomputeryzowanym (system Dyckerhoff) i przeznaczony jest do automatycznego przeprowadzenia testu.

W komplecie oprogramowanie.

Komora badawcza o średnicy 41 mm.

Pojemność komory badawczej ok. 73 cm³

Zasilanie : 230 V / 50 Hz (jednofazowe)

**Gwarancja: 12 miesięcy.**

19.09.2012.