



produkt firmy 

1.0250 Lejek Marsha

Zgodność normą EN 445

Przeznaczony jest do określania przepływu zaczynu cementowego.

W skład przyrządu wchodzi naczynie stożkowe ze stali nierdzewnej (górną średnicą stożka 152 mm, dolną 10 mm, wysokość 280 mm, kąt 28°), stojak, plastikowe naczynie o pojemności 1 litra i sito (Ø 150 mm, mesh 1,5 mm).

Przyrząd dostarczany z czterema wymiennymi kryzami ze stali nierdzewnej o średnicach wylotowych 8, 9, 10 i 11 mm.

Wymiary: 220 x 260 x 620 mm
Waga: 7 kg

Gwarancja: 12 miesięcy



16.05.2018. C18-0 R15 T0